(



PATIENT INSTRUCTIONS FOR USE

Fisher & Paykel HEALTHCARE

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD

MANUFACTURER

AUSTRALIA

15 Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013
PO Box 14 348, Panmure, Auckland 1741, New Zealand Tel: +64 9 574 0100
Fax: +64 9 574 0158
Email: info@fphcare.com
Website: www.fphcare.com

Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232

Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22 AUSTRIA

Tel: +31 40 216 3555 Fax: +31 40 216 3554 BENELUX

Tel: +86 (20) 3205 3486 Fax: +86 (20) 3205 2132 CHINA FRANCE

Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 GERMANY

Tel: +49 7182 93777 0 Fax: +49 7182 93777 99 Tel: +91 80 4123 6041 Fax: +91 80 4123 6044 INDIA

IRISH REPUBLIC Tel: 1800 409 011

Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 ITALY

Tel: +81 3 3661 7205 Fax: +81 3 3661 7206 Tel: +9 71 4 360 0849 Fax: +9 71 4 368 8110 MIDDLE EAST

NORTHERN IRELAND Tel: +0800 132 189

Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379 SPAIN

Tel: +46 8 564 76 680 Fax: +46 8 36 63 10 SWEDEN

Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 SWITZERLAND

(EU Authorised Representative)
Fisher & Paykel Healthcare UK Ltd
Unit 16, Cordwallis Park, Clivemont Road, Maidenhead,
Berkshire SL6 7BU, UK
Tel: +44 1628 626 136
Fax: +44 1628 626 146

Tel: +1800 446 3908 or +1 949 453 4000 Fax: +1 949 453 4001

C€ 0123

USA

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Zest-3L-185045126B.indd 1 **(** 8/5/08 8:34:10 AM

ZEST™ NASAL MASK **PATIENT INSTRUCTIONS FOR USE**

The Zest™ Nasal Mask is intended for single patient adult use by individuals who have been diagnosed by a physician as requiring CPAP or Bi-Level ventilator treatment.

OPERATING INSTRUCTIONS

- The operating pressure range of the mask is 3-25 cm H₂O.
- The operating temperature range of the mask is 40-104°F (5-40°C). Before using the mask each time
- i) Inspect it for damage. If there is any visible deterioration (cracking, tears, etc) do not use and seek replacement part(s).
- ii) Inspect the vent holes. Do not use if blocked. iii) Make sure the air path through the mask is clear.
- Note: Failure to follow the operating instructions above may compromise the performance and afety of the mask.

WARNINGS

 This mask should be used only with CPAP or Bi-Level equipment recommended by your physician or respiratory therapist. A mask should not be used unless the CPAP or Bi-Level machine is turned on and operating properly.

Explanation of Warning: CPAP and Bi-Level machines are intended to be used with special masks which have exhalation ports to allow continuous flow of air out of the mask. When the CPAP/ Bi-Level machine is turned on and functioning properly, new air from the CPAP/Bi-Level machine flushes the exhaled air out through the mask exhalation ports. However, when the CPAP/Bi-Level machine is not operating, enough fresh air will not be provided through the mask, and exhaled air may be re-breathed. Re-breathing of exhaled air for longer than several minutes can in some circumstances lead to suffocation

- At low CPAP/Bi-Level pressures the flow through the exhalation ports may be inadequate to clear all exhaled gas from the tubing. Some re-breathing may occ
- Do not block the gas exhaust ports. Before use, always ensure that gas is flowing out the
- Do not use the mask if vomiting or feeling nauseous.
- Discontinue use if discomfort or irritation occurs, and consult your healthcare provider.
- Discontinue using the mask if there is an allergic reaction to any part of the mask. Consult your physician if this occurs
- The Zest™ Nasal Mask is for single patient use only and cannot be reprocessed for use with
- Use with Stroke Patients: One study has shown poor compliance with CPAP therapy in stroke patients. Careful evaluation of the patient's capabilities for CPAP therapy should be exercised.

CAUTIONS

- Use the mask for its intended use only as directed in this booklet
- US Federal Law restricts this device to sale by, or on order of, a physician.

US PATENT NUMBER 6 615 834 Other Patents Pending

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT YOUR LOCAL HOMECARE PROVIDER

FITTING YOUR MASK

- Remove plastic cover from Silicone Seal.
- Holding your mask in one hand, spread the Stretchgear™ Headgear (H) with your free hand, just enough to fit comfortably over your head. 3. Lightly hold the mask against your face, covering the nose, then slowly pull the Headgear
- over your head
- Attach the Headgear to the Glider™ Strap (E).
- 5. Pull the lower straps as low as possible down the back of your neck. Gently tighten straps to remove slack. Connect to CPAP/Bi-Level machine set at prescribed pressu
- If necessary, tighten the lower straps to eliminate any leaks (avoid over-tightening the
- When you need to remove your mask, unhook the Stretchgear™ Headgear from the Glider™

FITTING TIPS

 Forehead pads should rest gently on the forehead without top straps being pulled too tightly. If there are any leaks after gently tightening the top and lower straps, pull the mask slightly ut from the face while straps are still attached. This will allow the Silicone Seal to inflate with air. Put the mask back onto the face.

CLEANING YOUR MASK

To ensure continuing safety and comfort for your Zest™ Nasal Mask:

BEFORE FIRST USE: Hand-wash the Stretchgear™ Headgear (H) in pure soap dissolved in lukewarm water.

Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of direct sunlight BEFORE EACH USE:

Inspect the mask for deterioration. Do not use if damaged.

(

Zest-3L-185045126B.indd 2

- 1. Disassemble the Silicone Seal (C), Foam Cushion (D) and the Headgear (H) from the Mask Base (A).
- 2. Wash the Silicone Seal and Mask Base in pure soap dissolved in lukewarm water. Do not soak for longer than 10 minutes. 3. Rinse thoroughly with fresh water, ensuring that all soap residue is removed.
- 4. Wipe the Foam Cushion with a damp cloth. (Do not immerse the Foam Cushion in water.)
- 5. Leave all parts to dry out of direct sunlight before reassembling

Hand-wash the Stretchgear™ Headgear (H) in pure soap dissolved in lukewarm water.

Do not soak for longer than 10 minutes, then rinse in fresh water and allow to dry out of

CAUTIONS

- Do not soak the mask for longer than 10 minutes. Do not wash the mask in the dishwasher.
- Do not clean the mask with products containing alcohol, anti-bacterial agents, antiseptic,
- Do not store the mask in direct sunlight

The above actions may deteriorate or damage the mask and shorten its life. If your Zest™ Nasal Mask weakens or cracks, discontinue use and seek replacement immediately.

ASSEMBLING YOUR MASK

Your Zest™ Nasal Mask is fully assembled and ready to use. However, when you need to clean our mask follow these instructions for reassembl

Place Silicone Seal (C) face down onto flat surface. With thick side of Foam Cushion (D) facing down, place into Silicone Seal.

2. Starting with the slot at the apex of the Silicone Seal, assemble onto Mask Base (A). Push

3. Lay the Stretchgear™ Headgear (H) flat, with the loop side down. Position the assembled mask over the Headgear and attach the four straps into the corresponding slots in the Forehead Rest (F) and the Glider™ Strap (E). This can be done without undoing the Velcro™ tabs, by sliding the Headgear into the slots.

The 7est™ Nasal Mask and accessories are Latex free. Many people find CPAP/Bi-Level therapy causes dryness of the nose and throat. Heated humidification can substantially reduce these symptoms

Oxygen/Pressure Port Connector

If pressure readings and/or additional oxygen are required, an Oxygen/Pressure Port Connector is available (Code 900HC452).

Connect the large end of the Connector (T) to the Swivel (G) on the mask and the small end of the Connector to the main breathing tube (R).

2. Open the Port Cap(s) (P) and place the Pressure and/or Oxygen Tube (S) firmly over the Port(s) (Q)

(The two ports are identical; either port may be used for oxygen or pressure mea Only remove the Port Cap from ports that are being used.)


• Note: At a fixed flow rate of supplemental oxygen flow, the inhaled oxygen concentration will vary, depending on the pressure settings, patient's breathing pattern, mask selection, and the leak rate.

• Warning: If oxygen is used with CPAP/Bi-Level machine, the oxygen flow must be turned off when the CPAP/Bi-Level machine is not operating.

Explanation of Warning: When the CPAP/Bi-Level device is not in operation, and the oxygen flow is left on, oxygen delivered into the ventilator tubing may accumulate within the CPAP/ Bi-Level machine enclosure. Oxygen accumulated in the CPAP/Bi-Level machine enclosure will create a risk of fire

• Warning: Do not smoke while using or in the vicinity of someone using oxygen with this Warning: Do not use Polyvinyl Chloride (PVC) pressure and/or oxygen tubing. Use silicone

Explanation of Warning: Contact with PVC can cause premature cracking of ports




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressure drop through mask @ 100 l/min 0.8 cm H₂O

EXHAUST FLOW

MASK DEAD SPACE

The Zest™ Nasal Mask has an air exhaust system that vents the expelled CO₂ through a group of fine holes in front of the mask. It is important that these holes are not blocked by any object. This controlled leak ensures exhaled CO₂ is expelled from the mask.



MASOUE NASAL ZEST™ Mode d'emploi pour le patient

Le Masque nasal Zest™ a été développé pour des patients uniques adultes à qui il a été prescrit un traitement par pression positive continue ou VNDP.

MODE D'EMPLOI

- La pression de fonctionnement du masque est comprise entre 3 et 25 cm H₂O
- La température d'utilisation du masque est comprise entre 40 et 104°F (5 et 40°C). Avant toute utilisation du masaue:
- Rechercher tout signe de détérioration. S'il existe tout signe de détérioration (ex fissure ou déchirure), utiliser une pièce de rechange ii) Vérifier l'état des orifices d'expiration. Ne pas utiliser le masque si les orifices d'expiration
- sont obturés.
- iii) Vérifier que les tuyaux d'air du masque ne sont pas obturés Remarque: Si ce mode d'emploi n'est pas respecté, les performances et la sécurité du masque peuvent en être affectées.

AVERTISSEMENTS

 Ce masque doit être utilisé uniquement avec les appareils de PPC ou à deux niveaux de pressior prescrits par un médecin. Un masque ne doit pas être utilisé si l'appareil n'est pas en marche ou s'il ne fonctionne pas normalement.

Explication de cet avertissement: Les appareils de PPC ou à 2 niveaux de pression sont concus pour fonctionner avec des masques spécifiques comportant des orifices expiratoires permettant un échappement continu à l'extérieur du masque. Lorsque l'appareil de PPC ou à 2 niveaux de pression est en marche et fonctionne normalement, l'air frais venant de l'appareil renouvelle continuellement l'air dans le masque grâce à ces orifices. Si l'appareil de PPC ou à 2 niveaux de pression n'est pas en marche, le renouvellement en air frais ne se fera pas suffisamment, et l'air expiré pourra être ré-inspiré. Au bout de plusieurs minutes et dans certaines circonstances, cela peut provoquer une suffocation.

- Avec des réglages à faible niveau de CPAP, le débit d'échappement à travers les orifices peut devenir insuffisant pour l'évacuation complète des gaz expires. De la ré-inhalation peut survenir.
- Ne pas obstruer les orifices d'échappement. Avant utilisation, vérifier que le gaz s'échappe bien
- Ne pas utiliser le masque en cas de vomissement ou de nausées
- Interrompre l'utilisation en cas de gêne ou d'irritation et consulter son prestataire de soins. Arrêter l'utilisation du masque en cas de réaction allergique avec une partie ou l'autre du
- Le masque nasal Zest™ est conçu pour une utilisation à patient unique et ne peut pas être
- retraité pour utilisation par des patients différents. Utilisation par des patients qui ont été victime d'un arrêt cardiaque. Une étude faite à ce sujet a
- démontré que la thérapie par PPC est mal tolérée par ces patients qui ont été victime d'un arrêt cardiaque. Il est nécessaire de faire une évaluation détaillée des capacités du patient avant de prescrire une thérapie par PPC.

- Utilisez le masque uniquement pour l'usage pour lequel il est prévu, comme spécifié dans cette
- La loi fédérale des Etats-Unis impose que la vente ou la prescription de ce dispositif soit faite par

BREVET US N° 6 615 834 Autres Brevets En Cours

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE FOURNISSEUR D'ÉQUIPEMENTS DE SOINS À DOMICILE

MISE EN PLACE DE VOTRE MASOUE

Retirez la protection plastique de la jupe.

- 2. Tenez le masque d'une main et de l'autre tirez suffisamment sur le harnais (H) pour pouvoir le mettre sur la tête sans difficulté.
- Maintenez le masque légèrement contre votre visage, en couvrant le nez, puis ramenez doucement le harnais sur votre tête. Fixez le harnais à la Glissière (E).
- Tirez sur les sangles inférieures pour les amener aussi bas que possible dans votre nuque.
- Serrez les sangles sans forcer pour éliminer le jeu. Raccordez à l'appareil de PPC/VNDP, réglé
- Si nécessaire, serrez les sangles inférieures pour éliminer toute fuite éventuelle (éviter de serrer les sangles excessivement
- Lorsque vous devez retirer le masque, il vous suffit de détacher le harnais de la Glissière.

ASTUCES DE MISE EN PLACE

- Les appuis frontaux doivent se positionner correctement sans serrage excessif des fixations supérieures du harnais.
- S'il reste des fuites après réglages des fixations du harnais, tirer légèrement sur le masque pour que la jupe en silicone se gonfle d'air, puis relâcher le masque sur le visage.

NETTOYAGE DE VOTRE MASOUE

Pour garantir la sécurité et le confort de votre masque nasal Zest™:

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION: Lavez à la main le harnais Stretchgear™ (H) avec de l'eau savonneuse tiède . Ne pas

mmerger plus de 10 minutes, puis rincer à l'eau claire, puis laisser sécher à l'abri des rayons

AVANT CHAQUE UTILISATION: Rechercher tout signe de détérioration sur le masque. Ne pas utiliser le masque s'il est

Après chaque utilisation

- 1. Détachez la jupe en silicone (C), le rembourrage en mousse (D) et le harnais (H) de la coque du masque (A).
- . Lavez la jupe et la coque dans du simple savon dissous dans de l'eau tiède. Ne pas laisser tremper plus de 10 minutes. Rincer abondamment à l'eau claire, en vérifiant qu'il ne reste pas de traces de savon.
- Essuyez le rembourrage en mousse avec un chiffon humide. (Ne pas immerger le rembourrage en mousse dans l'eau). 5. Laissez sécher tous les composants à l'abri du soleil avant de les réassembler.
- CHAQUE SEMAINE

tremper plus de 10 minutes et rincez à l'eau claire puis laissez sécher à l'abri du soleil.

- Ne pas immerger le masque plus de 10 minutes.
- Ne pas nettoyer le masque au lave-vaisselle Ne pas nettoyer la masque avec de l'alcool, du chlore ou de la javel.
- Stocker le masque à l'abri des rayons du soleil.

Le non respect des précautions listées ci-dessus peut endommager ou détériorer votre masque et réduire sa durée de vie . Si votre masque nasal Zest™ se fragilise ou se craquelle, arrêter son utilisation et le remplacer immédiatement.

MONTAGE DE VOTRE MASQUE

Votre masque nasal Zest™ est entièrement assemblé et prêt à l'emploi. Néanmoins, lorsque ous devrez le nettoyer, suivez les instructions suivantes pour le rer

- Placer la jupe en silicone (C) sur une surface plane. Placer la mousse (D) à l'intérieur de la
- 2. Assembler fermement la jupe contenant la mousse sur la coque du masque en commençant par la base de celle- ci (A).
- 3. Mettez le harnais Stretchgear™ (H) à plat avec la boucle vers le bas. Placez le masque assemblé sur le harnais et fixez les quatre sangles aux fentes correspondantes de l'appui frontal (F) et de la Glissière (E). Cette opération peut être effectuée sans détacher les bandes Velcro™, en faisant glisser le harnais dans les fentes.

Le masaue nasal Zest™ et ses accessoires sont sans latex. La PPC/VNDP provoque une sécheresse du nez et de la gorge. L'humidification chauffée réduit ces symptômes.


RACCORD PRESSION / OXYGÈNE

Un raccord de pression/oxygène est disponible (référence 900HC452) pour l'apport d'oxygène dditionnel (le cas échéant) et/ou la mesure de pression.

- Raccordez l'extrémité de grand diamètre du raccord (T) la rotule (G) du masque et l'extrémité de petit diamètre au circuit respiratoire (R).
- 2. Retirer le(s) bouchon(s) (P) du/des raccord(s) et connecter le tube tuyau de pression et/ou le tuyau d'oxygène (S) fermement sur le(s) raccord(s) (Q).

(Les deux raccords sont identiques et interchangeables. Retirez uniqu raccords que vous souhaitez utiliser.)

- Note: Avec un débit fixe d'oxygène additionnel, la concentration d'oxygène inspirée sera ariable, en fonction des réglages, de l'activité respiratoire du patient, du masque, et du taux
- de fuite. Avertissement: Side l'oxygène est utilisé avec un appareil de PPC ou à 2 niveaux de pression le débit d'oxygène doit être arrêté si l'appareil n'est pas en foncti Explication de l'avertissement: Lorsque l'appareil de PPC ou à 2 niveaux de pression n'est pas en fonctionnement et que le débit d'oxygène continue, l'oxygène peut s'accumuler dans
- le circuit de l'appareil, créant ainsi un risaue d'incendie. Avertissement : Ne pas fumer pendant l'utilisation ou à proximité de l'utilisateur de ce
- masque avec de l'oxygène. Avertissement: Ne pas utiliser de tuyau d'oxygène ou de prise de pression en PVC (PolyChlorure de Vinyle). Utiliser des tuyaux en silicone Explication de l'avertissement: L'assemblage avec du PVC peut provoquer la casse



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


DÉBIT DE FUITE CALIBRÉE Le Masque Nasal Zest™ dispose d'un système de sortie de l'air qui évacue le CO₂ produit à

Pression (cmH₂O)

VOLUME MORT DU MASQUE

travers un groupe de petits orifices situés sur l'avant du masque. Ces orifices ne doivent pas être obstrués par quoi que ce soit. Cette fuite contrôlée permet l'expulsion du CO2 exhalé.

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25



MÁSCARA NASAL ZEST™ **INSTRUCCIONES DE USO PARA EL PACIENTE**

La Máscara Nasal Zest™ ha sido diseñada para ser utilizada por un único paciente adulto que ha sido diagnosticado por un médico que indique un tratamiento CPAP o con ventilador BIPAP.

- La gama de presiones de operación de la máscara es 3-25 cm H₂O.
- La gama de temperatura de operación de la máscara es 40-104°F (5-40°C).
- desgarros, etc) no la use y busque piezas de repuesto
- Nota: Si no sique las instrucciones de operación precedentes puede afectar el funcionamiento y

eguridad de la máscara.

CPAP/BIPAP no está funcionando, no se suministrará suficiente aire fresco a través de la máscara, y se podría volver a respirar el aire exhalado. El volver a respirar el aire exhalado durante un

- inadecuado para eliminar todo el aire exhalado del tubo. Puede ocurrir que uno vuelva a respirar
- un poco de aire exhalado. No bloquee los puertos de escape de gas. Antes de utilizar, asegúrese siempre de que el gas salga
- hacia fuera por los puertos de escape. No use la máscara si siente náuseas o está con vómitos.
- La Ley Federal Americana restringe la venta de este dispositivo a, o por orden de, un médico. • Interrumpa el uso de la máscara si sufre una reacción alérgica a cualquier parte de la misma.
- La máscara Nasal Zest™ debe ser utilizada por un único paciente y no puede ser reprocesada para su utilización por pacientes múltiples.
- ha demostrado una adhesión muy baja a la terapia CPAP por los pacientes que han sufrido un ataque cardíaco. Es necesario hacer una evaluación cuidadosa de las capacidades del paciente

- Utilice la máscara únicamente para los fines para los que fue diseñada, como se indica en este folleto.
- La Ley Federal de los Estados Unidos estipula que este dispositivo sólo puede ser vendido por, o

Otras patentes pe

arnés para colocarlo sobre la cabeza

- CÓMO COLOCAR LA MASCARILLA Extraiga la tapa de plástico de la Vaina de Silicona.
- Sosteniendo la máscara en una mano, extienda el arnés Stretchgear™ (H) con la otra lo suficiente para que pase cómodamente por encima de su cabeza.
- Fije el arnés a la correa del pasador Glider™ (E). Tire de las correas inferiores bajándolas lo más que pueda sobre la parte posterior de su cuello. Ajuste suavemente las correas para tensarlas. Conecte al equipo CPAP/BIPAP
- configurado a la presión indicada. Si fuera necesario, ajuste las correas inferiores para eliminar cualquier fuga (evite ajustar

Silicona se infle de aire. Vuelva a colocar la máscara sobre la cara.

Para asegurar la seguridad y confort continuos de su Máscara Nasal Zest™: ANTES DEL PRIMER USO:

Lave a mano el arnés Stretchgear $^{\text{\tiny{TM}}}$ (H) en jabón puro disuelto en agua tibia. No remoje durante más de 10 minutos, luego enjuague con agua limpia y deje secar fuera del alcance

- Desmonte la Vaina de Silicona (C), la almohadilla de espuma (D) y el arnés (H) de la base de la máscara (A).
- 3. Enjuaque a fondo con aqua limpia, asegurandose que se eliminen todos los residuos de
- espuma en agua.) 5. Deje que todas las piezas se sequen lejos del alcance de la luz solar directa antes de volver a

Lave a mano el arnés Stretchgear™ (H) en jabón puro disuelto en agua tibia. No remoje

CADA 7 DÍAS:

- No remoje la máscara durante más de 10 minutos. No lave la máscara en el lavavajilla
- antisépticos, lejía, cloro o humectar

Las acciones anteriores pueden deteriorar o dañar la máscara, y pueden acortar su vida útil. Si su Máscara Nasal Zest™ se debilita o se agrieta deje de usarla y busque inmediatamente un reemplazo

Su Máscara Nasal Zest™ viene totalmente armada y lista para usar. Sin embargo, cuando usted tenga que limpiarla siga estas instrucciones para volverla a armai

máscara (A). Presione firmemente. Extienda el arnés Stretchgear™ (H) dejándolo plano con el lado del bucle hacia abajo.

La humidificación calentada puede reducir de manera substancial estos sínt

CONECTOR DEL PUERTO DE OXÍGENO/PRESIÓN Si se requieren mediciones de presión y/o oxígeno adicional disponemos de un conector del

puerto de oxígeno/presión (Código 900HC452). Conecte el extremo grande del conector (T) a la pieza giratoria (G) en la mascarilla y el extremo pequeño del conector al tubo respiratorio principal (R).

(Ambos puertos son idénticos; cualquiera de ellos se puede utilizar para oxígeno o mediciones de presión. Sólo saque la tapa de los puertos que van a ser utilizados.) Nota: A una tasa fija de flujo de oxígeno suplementario, la concentración de oxígeno inhalado variará, dependiendo de los parámetros de presión fijados, el patrón respiratorio

Explicación de la advertencia: Cuando el dispositivo CPAP/BIPAP no está en funcionamien



ESPECIFICACIONES TECNICAS


oxígeno con esta máscara.

FLUJO EXHALADO La Máscara Nasal Zest™ tiene un sistema de salida de aire que ventila el CO2 expulsado

FLUJO (L/MIN)

a través de un grupo de pequeños orificios en la parte frontal del Codo. Es importante que estos orificios no estén bloqueados por ningún objeto. Este filtrado controlado asegura que el CO2 espirado es expulsado de la máscara 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 Presión (cmH₂O)

17 23 28 32 36 40 44 47 49 52 55 58



8/5/08 8:34:15 AM

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Antes de utilizar la máscara cada vez: i) Inspecciónela en busca de daños. Si existiera cualquier deterioro visible (agrietamiento,
- ii) Inspeccione los orificios de ventilación. No la use si están bloqueados iii) Asegúrese de que el recorrido que hará el aire dentro de la máscara esté despejado.

Explicación de la advertencia: Los equipos C PAP y BIPAP han sido diseñados para ser utilizados

ADVERTENCIAS Esta máscara debe ser utilizada solo con equipos CPAP o BIPAP recomendados por su médico o terapeuta respiratorio. Sólo se debe utilizar una máscara cuando el equipo CPAP o BIPAP esté

encendido y funcionando correctamente.

Si sucede esto consulte a un médico

- con máscaras especiales que contienen puertos de exhalación para permitir el flujo continuo de aire fuera de la máscara. Cuando el equipo CPAP/BIPAP está encendido y funcionando correctamente, el aire nuevo proveniente del equipo CPAP/BIPAP elimina hacia fuera el aire exhalado a través de los puertos de exhalación de la máscara. Sin embargo, cuando el equipo
- . so mayor a algunos minutos puede en ciertas circunstancias provocar asfixia. A presiones CPAP/BIPAP bajas el flujo a través de los puer tos de exhalación puede ser

- Utilización por pacientes que han sufrido un ataque cardíaco. Un estudio realizado sobre el tema
 - antes de prescribir la terapia CPAP a estos pacientes.
 - por orden de, un médico NUMERO DE PATENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS 6 615 834
 - PARA OBTENER INFORMACION ADICIONAL PONGASE EN CONTACTO CON SU PROVEEDOR DE ATENCION DOMICILIARIA LOCAL
- Sujete suavemente la máscara sobre su cara cubriendo la nariz, y luego estire lentamente el
- demasiado las correas). Cuando tenga que quitarse la máscara desconecte el arnés Stretchgear™ de la correa del
- JGERENCIAS PARA UN BUEN AJUSTE Las almohadillas de la frente deben descansar suavemente sobre la frente sin que las correas superiores estén demasiado apretadas. Si hubiera fugas después de ajustar suavemente las correas inferiores y superiores separe un poco la máscara de la cara con las correas todavía colocadas. Esto permitirá que la Vaina de

LIMPIEZA DE LA MÁSCARA

- ANTES DE CADA USO: Inspeccione la máscara verificando que no haya deterioro. Si estuviera dañada no la use.
- 2. Lave la Vaina de Silicona y la base de la máscara en jabón puro disuelto en agua tibia. No remoie durante más de 10 minutos
- 4. Limpie la almohadilla de espuma con un trapo húmedo. (No sumerja la almohadilla de
- alcance de la luz solar directa.
- No lave la máscara con productos que contengan alcohol, agentes antibacterianos, No quarde la máscara bajo la luz del sol.

- MONTAJE DE LA MASCARA
- Coloque la Vaina de Silicona (C) boca abajo sobre una superficie plana. Coloque la almohadilla de espuma (D) dentro de la Vaina de Silicona con el lado grueso boca abajo. . Comenzando con la ranura del vértice de la Vaina de Silicona, monte sobre la base de la

Coloque la máscara armada sobre el arnés y fije las cuatro correas en las ranuras correspondientes del apoyo para la frente (F) y la correa del pasador Glider™ (E). Esto se puede hacer sin tener que desprender las lengüetas de Velcro™, deslizando el arnés dentro de


La Máscara Nasal Zest™ y sus accesorios no contienen látex. Para mucha gente la terapia CPAP/BIPAP ocasiona sequedad en la nariz y la garganta.

- 2. Abra la(s) tapa(s) del/de los puerto(s) (P) y coloque el tubo de presión y/u oxígeno (S) nemente sobre el/los puerto(s) (Q).
- del paciente, la máscara seleccionada y la tasa de fuga.

 Advertencia: si se utiliza oxígeno con un equipo CPAP/BIPAP, hay que interrumpir el flujo de oxígeno cuando el equipo CPAP/BIPAP no está funcionando. y se deja encendido el flujo de oxígeno, el oxígeno suministrado dentro del tubo del ventilador se puede acumular dentro del recinto del equipo CPAP/BIPAP. El oxígeno acumulado dentro del recinto del equipo CPAP/BIPAP puede ocasionar un incendio.

Advertencia: No fume al utilizar esta máscara ni cerca de alguien que está utilizando

Advertencia: No use tubos de presión y/o de oxígeno de cloruro de polivinilo (PVC). Utilice



ESPACIO MUERTO DE LA MASCARA

Caída de presión a través de la máscara @ 100 l/min 0.8 cm H₂O